DECLARATION DE BATTERIE

Le fabricant :
VERMEIREN GROUP
Actor ID/SRN: BE-MF-000019750

Adresse:
Vermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout
Belgium

déclare sous sa seule responsabilité que les dispositifs médicaux marqués CE :

Groupe de produits :	Fauteuils roulants électroniques		
Marque:	VERMEIREN		
Type:	Verso	Plego	Plego Carbon
Basic UDI-DI N°:	5415174VersoG7	5415174PlegoCH	5415174PlegoCarbonNS

Les batteries utilisées dans les fauteuils roulants Verso et Plego sont des batteries au lithium (24V/12,8 Ah, 24V/17,5 Ah & 25.9V/12,8 Ah) conçues pour être utilisées dans les fauteuils roulants ou les aides à la mobilité. Elles répondent aux exigences de chaque épreuve du Manuel d'épreuves et de critères de l'ONU, partie III, sous-section 38.3, conformément au document d'orientation de l'IATA concernant le transport de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité alimentés par batterie et transportés par des passagers.

La (les) batterie(s) au lithium doit (doivent) rester installée(s) dans l'aide à la mobilité et éteinte(s) avant le chargement dans le transport aérien, comme décrit dans les instructions d'utilisation de l'aide à la mobilité.

En outre :
L'approbation de la compagnie aérienne est requise pour les aides à la mobilité alimentées par batterie et utilisées par les passagers. Au moins 48 heures avant le voyage ou au moment de la réservation, l'utilisateur de l'aide à la mobilité, l'agent de voyage, le voyagiste ou d'autres sites web de réservation tiers doivent demander l'accord de la compagnie aérienne pour le transport de l'aide à la mobilité alimentée par batterie.

Ville, Date: Kalmthout, 2026-04-24
Signature:

Nom: Patrick Vermeiren
Fonction: CEO